


Csornai Margit Kórház

EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMÁCIÓ



ASZTALOS LÁSZLÓ
FAKSZ
LAJSTROMSZÁM:
00789

A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. Az eljárás

- 1.1. A Csornai Margit Kórház (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Rész 81. § -a szerinti, uniós nyílt közbeszerzési eljárást indít, melynek keretében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az Ajánlattevőktől. Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás-kérés lehetőségével. A felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. §-a alapján érvénytelennek minősülhet, valamint a Kbt. 74. §-a alapján Ajánlatkérő köteles a kizárás lehetőségével élni.
- 1.2. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a közbeszerzési dokumentumok külön nem tesznek utalást.
- 1.3. Az eljárás fajtája: a Kbt. 81. § -a alapján nyílt közbeszerzési eljárás. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos lapjában teszi közzé. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást mindazoknak a gazdasági szereplőknek megküldte, akik a megadott határidőig az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.

Ajánlatkérő az eljárás közbeszerzési dokumentumait a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően honlapján is közzéteszi, mellyel Ajánlatkérő biztosítja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy Ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig elérhesse.

A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő ajánlattevőnek megküldhesse! Ajánlattevő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben ajánlattevőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról

- 1.4. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Az Ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártával egyidejűleg ajánlati kööttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot még az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani.
- 1.5. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. Elérési útvonal: www.margitkorhaz.hu /közbeszerzes-dokumentáció EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés megnevezéssel. A dokumentáció letöltését az ajánlattevőnek a letöltött dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt Dokumentáció átvételi igazolás ajánlatkérő részére történő megküldésével (faxon vagy e-mail-en – telefax szám: +36 96261378; e-mail: borsodi@margitkorhaz.hu kell igazolnia.

A Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejártáig.

A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő ajánlattevőnek megküldhesse! Ajánlattevő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül

Közbeszerzési dokumentáció

megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben ajánlattevőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.

2. A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása

- 2.1. Az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja a közbeszerzési eljárás tárgyát.

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában, valamint a műszaki leírásban meghatározta az eljárás tárgyát és mennyiségét.

3. Kapcsolattartás az Ajánlatkérővel

- 3.1. Ajánlatkérő elérhetősége:

Neve:	Csornai Margit Kórház
Székhely\címe:	9300 Csorna Soproni u. 64.
Kapcsolattartó:	Némethné Borsodi Irma gazdasági igazgató
Telefonszám:	+36 96590503
Faxszám:	+36 96261378
E-mail cím:	borsodi@margitkorhaz.hu
Az ajánlatkérő általános címe:	www.margitkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe:	www.margitkorhaz.hu

- 3.2. Kapcsolattartó:

Neve:	Csornai Margit Kórház
Székhely\címe:	9300 Csorna Soproni u. 64.
Kapcsolattartó:	Némethné Borsodi Irma gazdasági igazgató
Telefonszám:	+36 96590503
Faxszám:	+36 96261378
E-mail cím:	borsodi@margitkorhaz.hu
Az ajánlatkérő általános címe:	www.margitkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe:	www.margitkorhaz.hu

- 3.3. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó elérhetőségei:

Neve:	Asztalos László
Lajstromszám:	00789
Telefonszám:	+36 12462176
Faxszám:	+36 12480290
E-mail cím:	asztalos@vnet.hu
Levelezési cím:	1112 Budapest, Nagyszalonta u. 42.

4. Kiegészítő tájékoztatás

- 4.1. Amennyiben az Ajánlattevő– a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az eljárást megindító felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban közölt információkkal kapcsolatosan kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban – a kérdéssel érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy a közbeszerzési dokumentum melyik pontja, bekezdése stb.) –, a fenti 3.2. pontban megjelölt elérhetőségeken megkeresheti az Ajánlatkérőt. Ajánlatkérő kéri, hogy az eljárás folyamán a kiegészítő tájékoztatás körében az Ajánlatkérő felé eljuttatott, írásos formában készült (szövegtartalmú) dokumentumokat az Ajánlattevő minden esetben szerkeszthető MS Word formátumban is küldje meg, a kérdéses rész (mondat, bekezdés stb.) pontos meghatározása mellett (pl. közbeszerzési dokumentáció 4.1 pont második bekezdés).
- 4.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján adja meg.
- 4.3. Ha a tájékoztatást az Ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, köteles az ajánlattételi határidőt

Közbeszerzési dokumentáció

meghosszabbítani, amely meghosszabbításnak arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk, vagy változás jelentőségével.

5. Tájékoztatás azon szervezetekről, melyektől az Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a teljesítés helye szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről

- 5.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. sz. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján a következőkben tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást kaphat az előzők szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését nem írja elő az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a jelen pontban meghatározott követelményeknek.

Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság

cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

tel: +36 1 795-1400

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

tel: +36 1 476 1100, zöld szám: +36 80 204 264

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

1036 Budapest, Váradi u. 15.

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.

tel: 06-1-323-3600

fax: 06-1-323-3602

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

1135 Budapest, Lehel út 43-47.

Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1265.

tel: 06-1-236-3900

fax: 06-1- 236-3999

E-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Közbeszerzési dokumentáció

B. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

6. Az ajánlat formája

- 6.1. Ajánlattevőnek **1 (egy) eredeti** példányban, összefűzve kell benyújtania az ajánlatát. Az ajánlat oldalszámozására a jelen dokumentáció 11.1 pontja irányadó. Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkenelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása és értékelése során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. **Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus pld. a papíralapúval mindenben megegyezik.**
- 6.2. Ajánlatkérő összefűzésnek tekinti azt, ha az ajánlat lapjai egymáshoz rögzítve vannak és az ajánlat lapozható és azt roncsolás mentesen nem lehet szétszedni (történhet például összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, stb.). A papír alapú ajánlatot géppel vagy tintával kell írni. Az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az általa készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
- 6.3. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkal kell ellátniuk.

7. Az ajánlat nyelve

- 7.1. Az ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a **magyar**. Ajánlatkérő nem teszi levetővé a magyar mellett más nyelv használatát.
- 7.2. Az Ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról - szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az Ajánlattevő által készített vagy készített felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. **A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő a felelős.** Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A felelős fordításról Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia szükséges.

8. Az ajánlat csomagolása

- 8.1. Ajánlattevőnek az ajánlatot borítékba vagy csomagolásba kell zárnia.
- 8.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal ellátni, melyből egyértelműen kiderül Ajánlatkérő számára, hogy milyen számon, melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, és mely időpontig nem bontható fel az ajánlat):

<p>Ajánlat EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés TILOS FELBONTANI 2017.-án00 óra ELŐTT!</p>

- 8.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért.
- 8.4. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig az Ajánlatkérő által meghatározott helyen benyújtásra kerülnek. Az Ajánlatkérő a határidőn túl érkező, késedelmesen benyújtott, illetve a postai úton késedelmesen beérkező ajánlatot – szükség szerint – csak az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel. Az elkésett ajánlatokat az Ajánlatkérő érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan – a Kbt. 46. § (2) bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek megfelelően az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetőség.

C. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

9. Az ajánlat tartalma

- 9.1. Az Ajánlattevőnek a felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében jelen dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő ajánlatában a mintáitól eltérő, egyéb nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az előírásokat, amennyiben a benyújtott dokumentumok a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek megfelelnek.
- 9.2. Az Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és a kizáró okokkal kapcsolatos, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott nyilatkozatokat az ajánlatban kell megadnia.
- 9.3. Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági előírás forintra történő átszámítását Ajánlatkérő végzi. A nem a kért pénznemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlattételi felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint.
- 9.4. Ajánlattevőnek részenként szakmai ajánlat részeként csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását, amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő mely terméket ajánlotta meg és az megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. §(8) bek. b) pontjára.

10. Kizáró okok igazolásának módja.

- 10.1. Ajánlattevőnek – közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőnek külön - az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD).
- 10.2. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
- 10.3. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
- 10.4. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10. §, 12.§, 14. §, 16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §).
- 10.5. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

11. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Az ajánlatnak – lehetőség szerint az alábbi sorrendben – tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

- (1) Tartalomjegyzék
- (2) Felolvasólap
- (3) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (EEKD)
- (4) Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről (EEKD)
- (5) Nyilatkozat az alvállalkozókról [Kbt. 66. § (6) bek.]
- (6) Nyilatkozat az alvállalkozókról [Kb. 67. § (4) bekezdés]
- (7) Nyilatkozat a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről, vagy változásbejegyzési kérelem és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
- (8) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerint
- (9) Kapacitást biztosító szervezetek bevonása esetén az ajánlatban benyújtandó dokumentumok
- (10) Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás

Közbeszerzési dokumentáció

- (11) Szakmai ajánlat
- (12) Üzleti titok körének meghatározása (adott esetben)
- (13) Közös ajánlatot tevők megállapodása (adott esetben)
- (14) Felelős fordításról szóló nyilatkozat (adott esetben)
- (15) Részletes ártáblázat

Az eljárás későbbi szakaszában benyújtandó dokumentumok jegyzéke (a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő külön felhívására nyújtandó csak be-adott esetben)

- (16) Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok
- (17) A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó, alkalmasságot igazoló iratok
 - a. Valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat
- (18) Részletes Ártáblázat
- (19) A műszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok
 - a. Referenciaigazolás/nyilatkozat
 - b. gyártói megfelelőségi nyilatkozat, akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelésértékelési tanúsítvány(ok)

12. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok részletezése

12.1. Tartalomjegyzék

A tartalomjegyzéket oldalszámozással kell ellátni, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok mely oldalon található meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási felhívásban vagy az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentésekkel kapcsolatos felvilágosításkérésben az iratok helye egyértelműen azonosítható legyen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

12.2. Felolvasólap

A felolvasólapot a jelen dokumentáció **1. számú melléklete** szerint kitöltve kell az ajánlathoz csatolni. A felolvasólapban meg kell adni Ajánlattevő nevét, székhelyét, (lakóhelyét), cégjegyzékszámát, adószámát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét. Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi Ajánlattevő nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetőségeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Ajánlatkérő az eljárás során kizárólag ezen elérhetőség(ek)re fogja küldeni a dokumentumokat. A felolvasólapon meg kell adni továbbá a nettó ajánlati összarat (ÁFA nélkül). az ajánlat egyéb számszerűsíthető adatait.

12.3. Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről

Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról az EEKD (**2. számú melléklet**) megfelelő kitöltésével, hogy nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt és az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. Ezen túlmenően az EEKD valamennyi releváns pontja kitöltendő, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésének figyelembevételével!

A kizáró okok hatálya alá tartozással kapcsolatos, valamint az alkalmassági követelményeknek megfelelést az eljárás későbbi szakaszában, Ajánlatkérő külön felhívására kell igazolni.

Közös Ajánlattevők esetében a közös Ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatokat nyújt be.

12.4. Nyilatkozat az alvállalkozókról és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekről [Kbt. 66. § (6) bek.]

Az Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie

- a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat,
- c. amennyiben más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági

Közbeszerzési dokumentáció

követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

Ha az Ajánlattevő a fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, az adott rész törlésével, kihúzással, vagy szövegesen kell jelezni ezen szervezetek mellőzését.

Az alvállalkozók és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervekre vonatkozóan a **3. számú mellékletnek** megfelelő tartalmú nyilatkozat ajánlatban csatolása szükséges.

Közös Ajánlattevők esetében a közös Ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatokat nyújt be.

12.5. Nyilatkozat az alvállalkozókról (Kb. 67. § (4) bekezdés)

Az ajánlattevőnek a **4. számú mellékletnek** megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolásával nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

12.6. Nyilatkozat a cégkivonat letölthetőségéről és arról, hogy el nem bíralt változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e, az **5. számú mellékletnek** megfelelő tartalmú nyilatkozattal. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Közös Ajánlattevők esetében a közös Ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatokat nyújt be.

12.7. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerint

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

A Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a **6. számú mellékletnek** megfelelő tartalommal szükséges az ajánlatba becsatolni.

Közös Ajánlattevők esetében a közös Ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatokat nyújt be.

12.8. Kapacitás szervezetek bevonása esetén az ajánlatban benyújtandó dokumentumok

A Kbt. 65. §-a szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlattételi nyilatkozatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

Közbezerzési dokumentáció

A szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd kapacitás szervezetként való bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Az ajánlatban – kivéve abban az esetben, ha Ajánlattevő a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet a gazdasági-pénzügyi alkalmasság igazolására kívánja felhasználni – be kell nyújtani a kapacitásként rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Amennyiben az Ajánlattevő a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért, melyről a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek nyilatkoznia kell.

Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásként rendelkezésre bocsátó szervezetről szóló nyilatkozatot (**7. számú melléklet**), valamint a kapacitásként rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén az ajánlatba csatolni kell ezen bevont szervezet által a releváns (adatokra, kizáró okokra, az igazolt alkalmasságra vonatkozó) pontokban kitöltött EEKD-t is!

Közbeszerzési dokumentáció

12.9. Szakmai ajánlat

Az Ajánlattevők szakmai ajánlatukat az alább megadott struktúrának megfelelően állítsák össze:

1. rész

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
1..	Négy rekeszes galvánkád	1 db Fizioterápia, gyógytorna

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Négyrekeszes galvánkád Négyrekeszes kád - víz alatti elektroterápiás kezelésekre, kompakt kialakítású kar és láb fürdőtálakkal integrált hideg- melegvíz, lefolyó, elektromos betáp csatlakozásokkal	megléte kötelező	
A berendezés beállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Varrat nélküli mélyhúzott akril kád	megléte kötelező	
Vezérlő egység: mikroprocesszoros, LCD kijelző, programozható elektróda polaritás, automatikus működés	megléte kötelező	
Dupla lábfürdő kádtest és a vele egybeépült kezelőpult	megléte kötelező	
2 db mélyhúzott akril kézfürdő A kézfürdőket elforgatható, fehér műanyag bevonatú konzolok tartják, melyek egyben a vízleeresztést is szolgálják	megléte kötelező	
A berendezés végtagok víz alatti galvánárammal, illetve 4-féle speciális vízalatti kezeléshez optimális impulzus árammal való kezelésére szolgáljon.	megléte kötelező	
Alacsony frekvenciás dyadinamikus impulzus áramformákkal kombinált kezelés	megléte kötelező	
Szükséges, előírt áramformák (nem hagyományos diadinamikus áramok): 1/ monofázisú (sinusfélhullám) 2/ ultra ingeráram-négyszögletes, 140 Hz, pulzus-szünet arány 2/5 3/ négyszögletes impulzus áram 50 Hz, 0,5 Hz sinussal modulálva 4/ négyszögletes impulzus áram 50Hz, 2 Hz sinussal modulálva	megléte kötelező	
A készülék kádjainak feltöltése hőszabályozós szelepen át csaptelepekkel történjen.	megléte kötelező	
Rozsdamentes elektródák a következő két tulajdonsággal rendelkezzenek: a/ levehető (tisztítás céljából), b/ függőlegesen és vízszintesen állíthatók	megléte kötelező	

Közbeszerzési dokumentáció

A karkadakat úgy kell egymáshoz rögzíteni, hogy lehetővé tegye az egyénhez való hozzáigazítást.	megléte kötelező	
A karok, illetve lábak kezelésére szánt galvánáram vagy impulzus áram szabályozható, és polaritása változtatható legyen.	megléte kötelező	
A kezelőáramok beállítása egy fóliatasztatúrás vezérlőpulton történjen.	megléte kötelező	
Tartozék: magasságában állítható műanyag kezelőszék fékezhető görgőkkel, rozsdamentes vázzal	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
2	Lágylézer készülék	1 db Fizikoterápia, gyógytorna

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Hordozható lágylézer terápiás eszköz		
A berendezés beállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
elemes tápellátás	megléte kötelező	
lézerdiódák maximális teljesítménye 200 mW	megléte kötelező	
hullámhossz 660 nm piros	megléte kötelező	
fény foltátmérője távolságtól függően 2-3-4 cm	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési Dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
3.	Alsó végtagi mozgatórobot(térd és csípőízület mozgató)	1 db Fizikoterápia, gyógytorna

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Alsó végtagi mozgatórobot (térd, csipő)		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Alsó végtag (térd, csípő) folytonos passzív mozgató (CPM)	megléte kötelező	
mindkét oldali kezelésre	megléte kötelező	
műanyag lábtámaszokkal	megléte kötelező	
térd flexió/extenzió, -10 - 0 - 120 fok	megléte kötelező	
csípő flexió/extenzió 0 - 7 - 69 fok	megléte kötelező	
Kézi vezérlőről állítható paraméterek	megléte kötelező	
beállítási lehetőség: femur hossz, lábszár hossz, térdízület forgástengely, lábfej rotációs szög	megléte kötelező	
bemelegítés üzemmód	megléte kötelező	
Lábszárhossz átállítható, Gyermeknek 25 -41 cm, felnőtt alkalmazáskor 41 – 57 cm	megléte kötelező	
Combhossz beállítás 31-49 cm	megléte kötelező	
páciens (beteg) testmagasság: 120-200cm	megléte kötelező	
transcután elektrostimulátorral	megléte kötelező	
szállítókosz	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési Dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
4.	Felső végtagi mozgatórobot (1 db könyökizület mozgató, 1 db vállizület mozgató)	2 db Fizikoterápia, gyógytorna

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
1 db Könyökizület mozgató		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
gördíthető, székre szerelt kivitel	megléte kötelező	
Primer és szekunder kontratúrák oldása	megléte kötelező	
folyamatos passzív ízületi mozgató két mozgássíkban	megléte kötelező	
mindkét oldali ízület kezeléséhez	megléte kötelező	
fokozatmentes sebességszabályozás	megléte kötelező	
chip kártya készlettel	megléte kötelező	
mozgástartomány extenzió/flexió -5 - 0 - 140 fok, pronáció/supináció 90 - 0 - 90 fok	megléte kötelező	
1 db Vállmozgató		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
gördíthető, székre szerelt kivitel	megléte kötelező	
folyamatos passzív ízületi mozgató két mozgássíkban	megléte kötelező	
mindkét oldali ízület kezeléséhez	megléte kötelező	
Primer és szekunder kontratúrák oldása	megléte kötelező	
Mozgástartomány váll rotáció min. 15 - 160 fok	megléte kötelező	
Mozgástartomány abdukció, addukció min. 30 - 160 fok, be/ki rotáció 90-0-90 fok, eleváció 0-30-175 fok, ant/retroverzión 0-0-125 fok	megléte kötelező	
fejtámla	megléte kötelező	
chip kártya készlettel	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
5.	Ultrahang terápiás készülék	1 db Fizikoterápia, gyógytorna

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Hordozható ultrahang terápiás készülék		
A berendezés beállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
A legfontosabb funkciói nyomógombokkal elérhetőek	megléte kötelező	
Multifrekvenciás fejjel rendelkezik a felületi és mélyebb kezelésekhez	megléte kötelező	
A paraméterek beállításai érintő képernyőn történik	megléte kötelező	
Automatikus beállításokkal	megléte kötelező	
Kontaktus kontrollal	megléte kötelező	
funkcionalitás: célterápiák: min. 15 indikációk min. 23 diagnosztika min 1 szabad memória min. 50	megléte kötelező	
ultrahang: multifrekvenciás uh fejek 2 db (1és 3 MHz) 4 cm2 illetve 1 cm2 fejtartókkal Folyamatos és pulzáló mód (10-20-30-40-50-100%)	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
6.	Elektroterápiás, ultrahang- és kombinált terápiás készülék	1 db Fizioterápia, gyógytorna

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Elektroterápiás, ultrahang- és kombinált terápiás készülék		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
2 független csatornával rendelkező hordozható készülék.	megléte kötelező	
Nyomógombokkal gyorsan elérhető elektroterápia, ultrahang, kombinációs és szimultán terápiák.	megléte kötelező	
A paraméterek beállítása érintőképernyőn történik.	megléte kötelező	
Terápiák: Elektroterápia, 2 és 4 pólus, 2 független csatorna S-D görbe diagnosztikai programok Ultrahang terápia Szimultán terápia (2 különböző indikációs kezelés elektro és ultrahangterápia) Kombinációs terápia (sérülés szimultán kezelése elektro és ultrahang terápiával)	megléte kötelező	
Áramformák: min. 25	megléte kötelező	
Ultrahang: Multifrekvenciás UH fejek, 2 db (1 és 3 MHz), 4 és 1 cm ² , fejtartókkal Folyamatos és pulzáló mód (10–20–30–40–50-100%)	megléte kötelező	
Funkcionalitás: Célterápiák: min. 140 Indikációk: min. 200 Alapterápiás programok: min. 30 Diagnosztika: min. 12 Szabad memória: min. 50	megléte kötelező	
Kijelző Érintőképernyős navigáció 2 szeparált intenzitás szabályzó Direkt terápia gombok Protokollok: Célterápiák & Indikációs lista Diagnosztika S/D görbe (Rheobase, Chronaxy,) Kontra-indikációs lista	megléte kötelező	
Elektroterápia Négyszög pulzáló 2-5 áramforma (Ultra Reiz) Háromszög pulzáló MF négyszög pulzáló Iontoforézis-MF négyszög pulzáló	megléte kötelező	

Közbeszerzési dokumentáció

Diadinamikus áramformák MF, DF, CP, LP	megléte kötelező	
TENS áramformák Konvencionális TENS Alacsony frekvenciás TENS Burst TENS Nagyfrekvenciás TENS Random frekvenciás TENS Han Stim (fájdalomcsökkentés)	megléte kötelező	
NMES áramformák Négyszög hullámzó Háromszög hullámzó Bifázisú hullámzó Intrapulzáló szünetű hullámzó Orosz stimuláció 2-pólusú MF hullámzó Izoplanáris vektor hullámzó (4-pole I.F.hullámzó)	megléte kötelező	
Interferencia áramformák 2-pólusú közép frekvencia Izoplanáris vektormező Dipólus vektormező (4-pólus I.F. vektor) Klasszikus interferencia (4-pólus I.F.)	megléte kötelező	
Diagnosztika programok rheobazis, chronaxia, AQ S-D görbék Fájdalom pontok Stresszes törés diagnosztika Állandó feszültség / Állandó áram	megléte kötelező	
Kombinációs terápia Ultrahang + Konvencionális TENS Ultrahang + Burst TENS Ultrahang + Random frekvenciás TENS Ultrahang + 2-pólusú közép frekvencia	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
7	Függesztőrács mozgásterápiához	1 db Fizikoterápia, gyógytorna

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Függesztő rács mozgásterápiához tartozékokkal		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Mennyezeti sínes kivitel, mérete 770 mm x 1810 mm	megléte kötelező	
3 db csúszósínes tartóval	megléte kötelező	
3 db trénerrel	megléte kötelező	
1 db rotációs csigarendszerrel	megléte kötelező	
Tartozékok: 1 garn. kötéلكészlet, 1 garn gumikötél készlet, 1 garn függesztő heveder, 2 db egyensúly párna, 1 db hengerpárna, 1 pár fogantyúval	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
8.	Fényterápiás készülék	1 db Bőrgyógyászat

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Fényterápiás készülék teljes test kezeléséhez		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
8 db 100 wattos NB UVB cső	megléte kötelező	
bevilágított bőrfelület 8x180	megléte kötelező	
hangriasztásos időzítő	megléte kötelező	
állványzat	megléte kötelező	
fekvő- vagy álló kezelés	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
9.	Vizsgálószék dönthető	6 db Tüdőgyógyászat

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Dönthető vizsgálószék		
A berendezés szállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Háttámla mechanikusan állítható vagy azzal egyenértékű	megléte kötelező	
Fejtámla mechanikusan állítható vagy azzal egyenértékű	megléte kötelező	
levegőszűrő	megléte kötelező	
terhelhetőség min. 120 kg	megléte kötelező	
szinterezett vázszerkezet	megléte kötelező	
mosható felület	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
10.	Infúziós állvány	6 db Tüdőgyógyászat

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Infúziós állvány		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Rozsdamentes	megléte kötelező	
Gördíthető	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
11.	Elektroterápiás, ultrahang-, kombinált és lézer terápiás készülék	1 db Fizioterápia, gyógytorna

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Elektroterápiás, ultrahang-, kombinált és lézer terápiás készülék		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
2 független csatornával rendelkező hordozható készülék. Nyomógombokkal gyorsan elérhető, az elektroterápia, ultrahang, kombinációs, lézer és szimultán terápiák.	megléte kötelező	
Terápiák: Elektroterápia, 2 és 4 pólus, 2 független csatorna S-D görbe diagnosztikai programok Ultrahang terápia Szimultán terápia (2 különböző indikációs kezelés elektro- és ultrahangterápia) Kombinációs terápia (sérülés szimultán kezelése elektro- és ultrahang terápiával) Lézer terápia	megléte kötelező	
Áramformák: min. 25	megléte kötelező	
Ultrahang: Multifrekvenciás UH fej 2 db, (1 és 3 MHz), 4 cm ² és 1 cm ² . Folyamatos és pulzáló mód (10–20–30–40–50–100%) Akusztikus és vizuális kontaktus kontrol led	megléte kötelező	
Lézer terápia Lézerfej 1 db diódával: max. átlag teljesítmény: 70,5 mW Lézerfej 4 db diódával: max. átlag teljesítmény: 4 x 13,5 mW Pulzáló , infrared gallium arsenide, 904 nm	megléte kötelező	
Funkcionalitás: Célterápiák: min. 170 Indikációk: min. 270 Diagnosztika: min. 12 Tárolt terápia programok: min. 30 Szabad memória: min. 50	megléte kötelező	
Kijelző Érintőképernyős navigáció 2 szeparált intenzitás szabályzó Direkt terápia gombok Protokollok: Célterápiák & Indikációs lista Diagnosztika S/D görbe (rheobazis, chronaxia, stb) Kontraindikációs lista	megléte kötelező	
Elektroterápia	megléte kötelező	

Közbeszerzési dokumentáció

Négyszög pulzáló 2-5 áramforma (Ultra Reiz) Háromszög pulzáló MF négyszög pulzáló Iontoforézis-MF négyszög pulzáló		
Diadinamikus áramformák MF, DF, CP, LP	megléte kötelező	
TENS áramformák Konvencionális TENS Alacsony frekvenciás TENS Burst TENS Nagyfrekvenciás TENS Random frekvenciás TENS Han Stim (fájdalomcsökkentés)	megléte kötelező	
NMES áramformák Négyszög hullámzó Háromszög hullámzó Bifázisú hullámzó Intrapulzáló szünetű hullámzó Orosz stimuláció 2-pólusú MF hullámzó Izoplanáris vektor hullámzó (4-pole I.F.hullámzó)	megléte kötelező	
Interferencia áramformák 2-pólusú közép frekvencia Izoplanáris vektormező Dipólus vektormező (4-pólus I.F. vektor) Klasszikus interferencia (4-pólus I.F.)	megléte kötelező	
Diagnosztika programok Rheobázis, chronaxia, AQ S-D görbék Fájdalom pontok Stresszes törés diagnosztika Állandó feszültség / Állandó áram	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
12.	Bordásfal	2 db Fizikoterápia, gyógytorna

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Bordásfal (téglafalra szerelhető)		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Fából készült	megléte kötelező	
Egyszakaszos 275 x 87 cm	megléte kötelező	
14 bordával	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek		
<u>Megnevezés: Négy rekeszes galvánkád</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
A kezelőáramok szabályozását biztonságos elektronikai áramkörök végezzék. A készülék bekapcsoláskor öntesztet végez, az adatokat rögzítse. Ha eltérést tapasztal, azonnali hibajelzést adjon. A feszültséghez tartozó megfelelő áramerősséget garantálja Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
<u>Megnevezés: Alsó végtagi mozgatórobot (térd és csípőízület mozgató)</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
Állítható sebesség 25-180fok / perc Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
Beállítási lehetőség: flexió, extenzió, sebesség, mozgásciklusok közötti szünet Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
<u>Megnevezés: Felső végtagi mozgatórobot (1 db könyökizület mozgató, 1 db vállizület mozgató)</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
Mozgástartomány növeléséhez speciális terápiás programok Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		

Közbeszerzési dokumentáció

Vállrögzítés lehetősége Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
<u>Megnevezés: Ultrahang terápiais készülék</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
Akusztikus és vizuális kontaktus kontroll led Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
<u>Megnevezés: Elektroterápiás, ultrahang- és kombinált terápiais készülék</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
Akusztikus és vizuális kontaktus kontrol led Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
“A” csatorna beállításai átmásolhatók a ”B” csatornára Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
Vákuum C satlakoztatható a készülékhez Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
Lehetőség a pácienskábel és az elektródák tesztelésére Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
<u>Megnevezés: Vizsgálószék dönthető</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
Terhelhetőség 150 kg Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
<u>Megnevezés: Elektroterápiás, ultrahang-, kombinált és lézer terápiais készülék</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
“A” csatorna beállításai átmásolhatók a”B” csatornára Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
Vákuum, Csatlakoztatható a készülékhez Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
Lehetőség a pacienskábel és az elektródák tesztelésére Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		

Közbeszerzési dokumentáció

2. rész

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
13.	Felnőtt próbakeret	1 db Szemészet

Gyártó:.....

Típus:.....

Minimum elvárások megnevezése	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Felnőtt próbakeret		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
PD 50 – 75 mm között állítható	megléte kötelező	
2 x 5 lencse befogására alkalmas	megléte kötelező	
állítható ornyereg szög és hossz	megléte kötelező	
állítható keret hossz	megléte kötelező	
korona mérő lap	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
14.	Dioptriámérő automata	1 db szemészet

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Érintőképernyős automata dioptriámérő		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
5-6" érintőképernyő	megléte kötelező	
Refraktív index kalkuláció	megléte kötelező	
A rendszer automatikusan felismer és mér minden progresszív lencsét	megléte kötelező	
A modern multifokális lencsék mérhetőek	megléte kötelező	
Beépített nyomtató	megléte kötelező	
Standard és magas indexet, bifokális, trifokális, progresszív és prizmás lencsék mérésére alkalmas	megléte kötelező	
Mérési tartomány: <ul style="list-style-type: none"> Szférikus tartomány -25D-től +25D-ig Cylinder érték meghatározás: -10D-től +10D-ig Cylinder tengely meghatározás: 0-180° Prizmaérték meghatározása 0-10 Δ Mérési pontosság 0,01 / 0,12 / 0,25 D dioptria, 0,01 / 0,12 / 0,25 Δ prizma 	megléte kötelező	
Egyszerű menürendszer	megléte kötelező	
Precíz jelölőegység	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési Dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
15.	Autorefraktokeratóméter	1 db Szemészet

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Érintőképernyős autorefraktokeratóméter		
A berendezés szállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
5-6" érintőképernyő	megléte kötelező	
Elektronikus vezérlésű, szervó motoros joystick a fej beállításához	megléte kötelező	
SPH min -22.00 D – től +22.00 D-ig.	megléte kötelező	
CYL min - 10 D-től + 10D-ig	megléte kötelező	
asztigmia tengely: Min -5 – 175 fok	megléte kötelező	
Minimális pupilla átmérő 2.0 mm	megléte kötelező	
Szaruhártya bázis görbületmérés tartomány (0.01 lépésköz) ,min 6 – 10 mm	megléte kötelező	
Szaruhártya mérési terület: Min 3 mm	megléte kötelező	
PD mérési tartomány: Min 55 – 85 mm	megléte kötelező	
Vertex távolság: Min 1 – 15 mm	megléte kötelező	
Mérések: <ul style="list-style-type: none"> • Refraktív mérés Szférikus törőerő (S)mérési tartomány: -22.00 D +22.00 D (VD = 12.0 mm) felbontás : 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D • kornea görbület 5,0 -10,0 mm (0,01 felbontás) • kornea asztigmia és tengely 0,00 – 10,00D (0,05 / 0,12 / 0,25D) tengely 0-180° 	megléte kötelező	
Beépített nyomtató induló papírkészlettel	megléte kötelező	
Automatikus expozícióval mérhető: refrakció, korneagörbület, pupilla és kornea átmérő	megléte kötelező	
Elektromos álltámasz emelő	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék betüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
16.	EKG 6/12 csatornás	1 db Tüdőgyógyászat 1 db Belgyógyászat 1 db Aneszteziológia

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
EKG 6/12 csatornás		
A berendezés szállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
12 standard elvezetés szimultán mérése	megléte kötelező	
Hordozható/ mobil kivitel max 5 kg	megléte kötelező	
Hálózati és akkumulátoros működés, beépített intelligens gyorstöltő	megléte kötelező	
Akkumulátorról történő folyamatos működési idő, nyomtatás min 2 óra	megléte kötelező	
Beépített hőírós nyomtató	megléte kötelező	
Egyidejűleg nyomtatható csatornák száma min, 12 csatorna	megléte kötelező	
Nyomtatási sebesség min: 6.25/10/12.5/25/50 mm/sec	megléte kötelező	
Nyomtató papír szélessége min 210 mm	megléte kötelező	
A4 formátumú nyomtatás lehetősége PC-n keresztül	megléte kötelező	
12 elvezetés + 1 ritmusgörbe egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor	megléte kötelező	
Lehetőség 3/6/12 csatorna + 1 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra	megléte kötelező	
Automatikus és manuális elvezetés váltás	megléte kötelező	
Mintavételi frekvencia min. 1000 Hz	megléte kötelező	
Szívfrekvencia tartomány min. 30-300 bpm	megléte kötelező	
Érzékenység: 2,5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, Auto	megléte kötelező	
Színes, érintőképernyős LCD kijelző min. 8"	megléte kötelező	
Kijelző felbontása 1280x768 pixel	megléte kötelező	
Alfanumerikus billentyűzet háttér-világításos vízálló kivitelben	megléte kötelező	

Közbeszerzési dokumentáció

Beépített belső memória min. 1000 EKG felvétel tárolására alkalmas	megléte kötelező	
Számítógéphez való csatlakoztatás lehetősége 12 csatornás online monitorozással	megléte kötelező	
Korlátlan számú EKG felvétel tárolása PC-n	megléte kötelező	
Felnőtt és gyermek specifikus diagnózis szoftver	megléte kötelező	
JPG vagy XML formátumú felvétel tárolás	megléte kötelező	
Adatátviteli lehetőségek: LAN, USB, SD kártya, VGA, Opcionálisan WIFI,	megléte kötelező	
HL 7 és DICOM kapcsolat lehetősége	megléte kötelező	
Vonalkód leolvasó rendszer és HIS adatátvitel	megléte kötelező	
Szállítandó tartozékok készülékenként defibrillátor védett tartozékkészlet 1 garnitúra: 1 db pácienskábel, 6 db mellkasi szívó-, 4 db végtagi csipeszes elektróda, EKG gél 1 tubus, hőpapír 2 db, PC-s program korlátlan számú EKG tárolására és adatbázis-kezelésre alkalmas	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		
Műszaki tartalom keretében értékelt paraméterek		

Közbeszerzési Dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
17.	Ólomkötény	2 db Tüdőgondozó

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Ólomkötény		
Az eszköz beszállítási mértékadó méretei (szélesség x magasság)	kérjük megadni	
0,25 cm vastag	megléte kötelező	
Felnőtt méret M	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
18.	Gonádvédő	1 db Tüdőgondozó

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Gonádvédő		
A eszköz beszállítási mértékadó méretei (szélesség x magasság)	kérjük megadni	
0,25 cm vastag	megléte kötelező	
felnőtt méret 2	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS megléte kötelező	MENNYISÉG
19.	Érdoppler	1 db Sebészet

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Bidirekcionális doppler beépített kijelzővel		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Akkus tápellátás	megléte kötelező	
1 db 4 és 5 MHz fej mélyen ülő erekhez	megléte kötelező	
1 db 8 MHz fej vékony páciensek végtagi vizsgálatához	megléte kötelező	
Tartozékokkal: szoftver + kábel , akkutöltő, táska, UH zselé	megléte kötelező	
Egyszerűen kezelhető menürendszer	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék betüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
20.	Dermatoscop	1 db Bőrgyógyászat

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Dermatoscop		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
torzításmentes	megléte kötelező	
LED izzóval	megléte kötelező	
10x-es nagyítás	megléte kötelező	
elemes tápellátás	megléte kötelező	
bajonett záras illesztés	megléte kötelező	
skálázott kontaktlemez	megléte kötelező	
állítható szemlencse, fókuszbéállítás -6 +6 dioptria között	megléte kötelező	
tokkal, szemlencse védővel	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
21.	Mikroszkóp	1 db Cytológia, cytopatológia(járóbeteg ellátás)

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Világos látóterű, egyenes állású mikroszkóp, átmenő fényű vizsgálatokhoz, citológiai felhasználásra		
A berendezés beállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Végtelenre korrigált optikai rendszer	megléte kötelező	
Egyenes állású mikroszkópváz, beépített LED megvilágítással, fényerő szabályzóval	megléte kötelező	
Homogén, árnyékmentes fényelosztás, a látómező teljes területén	megléte kötelező	
Durva/finom fókusz állítási lehetőség	megléte kötelező	
Beépített tárgyasztal	megléte kötelező	
Legalább 4 férőhelyes manuális objektív revolver fej	megléte kötelező	
30 ⁰ -ban döntött trinokuláris tubus, fényosztás: 100/0; 0/100	megléte kötelező	
CFI 10 x / 20 mm okulárok dioptria kiegyenlítővel, mindkét okuláron	megléte kötelező	
Achromat kondenzor N.A. Min: 1.25	megléte kötelező	
Objektívek: végtelenre korrigált CFI Plan Achromatikus objektív 4x, legalább N.A. 0.10 , legalább W.D. 30 mm végtelenre korrigált CFI Achromatikus objektív 20x legalább N.A. 0.40, legalább W.D. 3.8 mm végtelenre korrigált CFI Plan Achromatikus objektív 40x, legalább N.A. 0.65 ,W.D. 0,65mm végtelenre korrigált CFI Achromatikus objektív 60x legalább N.A. 0.8, legalább W.D. 0.3 mm	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
22.	CTG	1 db Nőgyógyászat

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Kompakt kardiogramkészítőkészülék, magzati szívhang és pulzus monitorozásához		
A berendezés szállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Numerikus LCD kijelző	megléte kötelező	
felbontás 640x480 RGB	megléte kötelező	
beépített hőnyomtató	megléte kötelező	
vízálló TOCO fejjel	megléte kötelező	
monitorozható paraméterek AFM, FHR, TOCCO, DECG, IUP	megléte kötelező	
Belső szoftver az adatkezeléshez	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
23.	Ultrahang készülék nőgyógyászati	1 db Nőgyógyászat

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Nőgyógyászati ultrahang hüvelyi és hasi fejjel		
A berendezés beállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Színes Doppler ultrahang készülék	megléte kötelező	
LCD flat monitor min. 19"	megléte kötelező	
Egyszerre csatlakoztatható vizsgálófejek száma min. 2db	megléte kötelező	
Csatlakoztatható fejek frekvencia tartománya: min. 2-18 MHz	megléte kötelező	
Test ábrák megjelenítése, feliratozás	megléte kötelező	
Beépített szoftver csomag	megléte kötelező	
Fertőtleníthető kezelőfelület	megléte kötelező	
Post. Processing zoom	megléte kötelező	
Harmonikus képalkotás	megléte kötelező	
Color Doppler	megléte kötelező	
Power Doppler	megléte kötelező	
Alap B módú és Doppler mérések	megléte kötelező	
Nőgyógyászati, terhességi mérőprogrammal rendelkezzen	megléte kötelező	
Automatikus real time Doppler mérések	megléte kötelező	
Beépített archiváló rendszer	megléte kötelező	
Beépített USB	megléte kötelező	
Beépített CD/DVD -író/olvasó	megléte kötelező	
Konvex, hasi vizsgálófej (2,5-6 MHz)	megléte kötelező	
Kristályok száma minimum 180	megléte kötelező	
A vizsgálófej közvetlenül folyadékba mártható, tisztításhoz, fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz	megléte kötelező	

Közbeszerzési Dokumentáció

Vaginális vizsgálófej (6-9MHz)	megléte kötelező	
Kristályok száma minimum 128	megléte kötelező	
A vizsgálófej folyadékban közvetlenül tisztítható, fertőtleníthető legyen	megléte kötelező	
Tissue harmonic imaging vizsgálati lehetőség a vizsgálófejjel	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési Dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
24.	Ultrahang készülék urológiai felhasználásra	1 db Urológia

Gyártó:.....
 Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Ultrahang készülék urológiai felhasználásra		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Színes Doppler ultrahang készülék	megléte kötelező	
LCD flat monitor min. 19"	megléte kötelező	
Beépített szoftver csomag	megléte kötelező	
Egyszerre csatlakoztatható vizsgálófejek száma min. 2db	megléte kötelező	
Csatlakoztatható fejek frekvencia tartománya: min. 2-18 MHz	megléte kötelező	
Fertőtleníthető kezelőfelület	megléte kötelező	
Test ábrák megjelenítése, feliratozás	megléte kötelező	
Post. Processing zoom	megléte kötelező	
Harmonikus képalkotás	megléte kötelező	
Color Doppler	megléte kötelező	
Power Doppler	megléte kötelező	
Alap B módú és Doppler mérések	megléte kötelező	
Urológiai mérőprogramok	megléte kötelező	
Prostata térfogat számítás, különböző mérési metódusok alapján Szélesség, magasság, mélység, Ellipszis módszer léptetéssel	megléte kötelező	
PSAD számítás	megléte kötelező	
Konvex, hasi vizsgálófej (2,5-6 MHz)	megléte kötelező	
Kristályok száma minimum 180	megléte kötelező	
A vizsgálófej közvetlenül folyadékba mártható, tisztításhoz, fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz	megléte kötelező	
Simultan biplane rektális vizsgálófej (6-10MHz)	megléte kötelező	

Közbeszerzési dokumentáció

Mind a sagítális és a transverzális képsíkú vizsgálatokra convex kristálysorral rendelkezzen, szimultán működésre alkalmasan	megléte kötelező	
Kristályok száma minimum 2x96	megléte kötelező	
Mindkét képsíkban látható, a vizsgálófejen keresztül menő transrectalis biopsziás csatorna	megléte kötelező	
Sterilizálható tüvezető	megléte kötelező	
Tissue harmonic imaging vizsgálati lehetőség a vizsgálófejjel	megléte kötelező	
Transrectalis punkciós szereléssel,	megléte kötelező	
beépített archiváló rendszer	megléte kötelező	
beépített USB	megléte kötelező	
beépített CD /DVD író/olvasó	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
25.	Mammográfiai ultrahang készülék	1 db Mammográfia

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Mammográfiai ultrahang készülék		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Színes Doppler ultrahang készülék	megléte kötelező	
LCD flat monitor min. 19"	megléte kötelező	
Beépített szoftver csomag	megléte kötelező	
Egyszerre csatlakoztatható vizsgálófejek száma min. 2db	megléte kötelező	
Csatlakoztatható fejek frekvencia tartománya: min. 2-18 MHz	megléte kötelező	
Fertőtleníthető kezelőfelület	megléte kötelező	
Test ábrák megjelenítése, feliratozás	megléte kötelező	
Post. Processing zoom	megléte kötelező	
Harmonikus képalkotás	megléte kötelező	
Color Doppler	megléte kötelező	
Power Doppler	megléte kötelező	
Alap B módú és Doppler mérések	megléte kötelező	
Lineáris vizsgálófej (6-12 MHz) 1 db	megléte kötelező	
Kristályok száma: Minimum 192	megléte kötelező	
Tissue harmonic imaging vizsgálati lehetőség a vizsgálófejjel	megléte kötelező	
A vizsgálófej folyadékban közvetlenül tisztítható, fertőtleníthető legyen	megléte kötelező	
beépített archiváló rendszer	megléte kötelező	
beépített USB	megléte kötelező	
beépített CD /DVD író/olvasó	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
26.	Digitális video kiegészítés EEG készülékhez	1 db hardver 1 db szoftverrel EEG laboratóriumba

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Digitális video kiegészítés meglévő CADWELL EASY III. EEG készülékhez		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
1 db hardver	megléte kötelező	
1 db szoftver	megléte kötelező	
Kamera IP Pan-Tilt mozgató rendszerrel	megléte kötelező	
Mikrofon hangrögzítéssel	megléte kötelező	
Videó szinkronizáló szoftver	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek		
<u>Megnevezés: Felnőtt próbakeret</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
Keret szöge állítható Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
Választható szín Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
<u>Megnevezés: Dioptriámérő automata</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
Színes érintő képernyő Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
50 vagy több egyedi mérési adat tárolása Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
Automatikus kontakt lencse mód Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		

Közbeszerzési dokumentáció

<u>Megnevezés: Autorefraktokeratóméter</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
Színes érintő képernyő Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
Szervó motoros álltámasz emelés Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
Pupilla távolságmérő Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
kornea asztigmia és tengely 0,00 – 15,00D (0,05 / 0,12 / 0,25D) tengely 0-180° Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
<u>Megnevezés: EKG 6/12 csatornás</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
Hálózatról történő működtetés, lemerült akkumulátor esetén is Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
A4 formátumú nyomtatás lehetősége, direkt lézerpriinteren keresztül (számítógép használata nélkül) Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
Lehetőség 3/6/12 csatorna + 3 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
<u>Megnevezés: Érdoppler</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
Számítógéphez csatlakoztatható Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
<u>Megnevezés: Mikroszkóp</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
A trinokuláris tubus szemmagassága 2 fokozatban vagy folyamatosan emelhető legyen legalább 50 mm-ig, ezáltal ergonómikus felhasználóbarát felhasználás lehetséges Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
Objektívek 60 mm-es parfokalitással (több lencse van beépítve, ezért segít az abberáció korrigálásában) Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
Rendelkezzen a tárgyasztal refókuszáló mechanizmussal a hatékony folyamatos munkavégzéshez, mivel nincs szükség a minta cserélése után az újrafókuszálásra Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
<u>Megnevezés: CTG</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
Beépített újra tölthető elem (mellyel 4 órás folyamatos működés garantált) Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
Beépített hálózati csatlakozási interfész kábeles és kábel nélküli központi monitorozási megoldás Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		

Közbeszerzési dokumentáció

<u>Megnevezés: Ultrahang készülék nőgyógyászati</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
<u>Megnevezés: Ultrahang készülék urológiai felhasználásra</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
A biopsziás csatorna prosztata irányába mutat. Nem párhuzamos a vizsgálófej tengelyével, azzal szöveget zár be. Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
<u>Megnevezés: Mammográfiai ultrahang készülék</u>		Ajánlott paraméter Igen/nem
A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		

Közbeszerzési dokumentáció

3. rész

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
27.	Paraván	1 db Tüdőgondozó

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Paraván		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
min: 180x60 cm	megele kötelező	
betekintő ablakkal	megele kötelező	
ütésálló acélburkolat	megele kötelező	
2 mm-es ólom béléssel	megele kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni		
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
28.	Folyékony nitrogénes fagyasztáshoz tartály, átfejtő	1 db Bőrgyógyászat

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Folyékony nitrogénes tartály, átfejtő		
A berendezés szállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
nitrogén kapacitás 10 l	megléte kötelező	
könnyen kezelhető konténer	megléte kötelező	
vákuum szigetelés, biztonsági fedél	megléte kötelező	
lefejtő csap	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési Dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
29.	Desztilláló készülék	1 db Laboratórium

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Desztilláló készülék laboratóriumi felhasználásra		
A berendezés szállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
desztillációs kapacitás 8 l/h	megléte kötelező	
tartály- és fűtőelemek rozsdamentes acélból	megléte kötelező	
vezetőképesség 2,5 µS/cm	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
30.	Műszermosogató automata	1 db

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Thermo dezinfekciós mosogató/fertőtlenítő automata berendezés		
A berendezés szállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Két ajtós, elektromos fűtésű,	megléte kötelező	
A mosókamra, mosókarok rozsdamentes anyagból	megléte kötelező	
Kéziműszerek mosására és fertőtlenítésére	megléte kötelező	
Kamra kapacitás min. 8 DIN 1/1 (480X250X50mm)	megléte kötelező	
Tartozékok: 1 db négy szintes műszer feltét 3 db mosókarral, 2 db berakókocsi rögzíthető kerekkel	megléte kötelező	
Lefele nyíló, dupla falú, hőálló üvegajtó	megléte kötelező	
Száritóventillátor teljesítménye min. 50 m3/h	megléte kötelező	
Vízkeringető szivattyú teljesítménye min. 200 l/perc	megléte kötelező	
Beépített vízlágyítóval, tartozékokkal	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
31.	Fedőautomata	1 db Cytológia,cytopatológia (járóbeteg szakrendelés)

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Fedőautomata , cytológiai metszetek fedésére		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
5 tárgylemez rack egyidejű fogadása	megléte kötelező	
Felhasználóbarát kezelés	megléte kötelező	
Fedési kapacitása: óránként legalább 300 db tárgylemez	megléte kötelező	
IVD minősítés	megléte kötelező	
Fedőanyag tároló tartály kapacitása legalább 250 ml	megléte kötelező	
széleskörű fedőanyagok használata	megléte kötelező	
Beépített akkumulátor	megléte kötelező	
Teljesen automata működés	megléte kötelező	
Zárt rendszerű kivitel, belső elszívással és szénzűrővel	megléte kötelező	
Beállítható legyen több különböző fedőanyag térfogat	megléte kötelező	
buborékmentesítő funkció	megléte kötelező	
1 és 1,5 –es vastagságú fedőlemezekkel is képes fedni	megléte kötelező	
Különböző festő automaták tárgylemez tartóinak közvetlen fogadása	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
32.	Festőautomata elszívóberendezéssel	1 db Cytológia,cytopatológia (járóbeteg szakrendelés)

Gyártó:.....

Típus:.....

Kért paraméterek	Minimum elvárások szerinti követelmények	Ajánlatban szereplő paraméterek
Fűtött festőautomata elszívóberendezéssel , metszetszáritóval		
A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)	kérjük megadni	
Legyen alkalmas cytológiai és hisztológiai metszetek egyidejű festésére	megléte kötelező	
IVD minősítésű,	megléte kötelező	
legyen alkalmas óránként legalább 200 tárgylemez festésére	megléte kötelező	
beépített USB vagy RS 232 port	megléte kötelező	
legalább 50 festési protokoll legyen eltárolható a memóriában	megléte kötelező	
egy időben akár 10 festési protokoll is végrehajtható legyen	megléte kötelező	
legalább 5 vizes és 25 reagens állomás	megléte kötelező	
legalább 20 lemezes tárlemez tartók folyamatos behelyezése	megléte kötelező	
zárt rendszerű kivitel, belső elszívással és szénzsűrővel	megléte kötelező	
Beépített világítás,vagy víztiszta plexi burkolat	megléte kötelező	
Auto-Return, és sürgős start funkció	megléte kötelező	
2 szintes elrendezés	megléte kötelező	
megszakítható festési folyamat, tárgylemez visszahívó funkcióval	megléte kötelező	
mosogatógépben is mosható festőedények	megléte kötelező	
Egyéb elvárások		
A készülék betüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni	megléte kötelező	
Működőképességhez szükséges kiegészítés		

Közbeszerzési dokumentáció

Műszaki tartalom keretében értékelt paraméterek		
Megnevezés: Műszermosogató automata		Ajánlott paraméter Igen/nem
Szárítóventillátor teljesítménye. 250 m3/h Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
Vízkeringető szivattyú teljesítménye 600 l/perc Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
Megnevezés: Fedőautomata		Ajánlott paraméter Igen/nem
Cytológiai és hisztológia minták egyidejű kezelése automatikus felismerése, felhasználói beavatkozás nélkül Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
A fedőlemez tároló kapacitás legalább 500 db Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
Az 500 db fedőlemez egyszerre, egy mozdulattal történő betöltése megoldható legyen (gyorsabb munkavégzés, ill. a fedőlemezek szennyezése elkerülendő) Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
Érintőképernyős kezelőfelület, egyszerűbb és átláthatóbb üzemeltetés miatt Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
Megnevezés: Festőautomata elszívóberendezéssel		Ajánlott paraméter Igen/nem
Metszszárító funkció, legalább 5 független fűtési hellyel, ezáltal nincs szükség külön termosztátra a festés előkészítéséhez, mivel egyszerre akár 100 db tárgylemez deparafinálása is lehetséges Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
Kis helyigényű, maximum 800 x 750 mm (kis helyen nagy festési kapacitás, így a legzsúfoltabb laborokban is könnyen elhelyezhető) Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
Legfeljebb 350 ml-es festő edények, a költséghatékony működtetés érdekében Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont		
Színes érintőképernyős kezelőfelület, Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
magyar nyelvű szoftver, Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
jelszó védelem, Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		
beépített akkumulátorral (áramszünet áthidalás 30 perc) Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.		

12.10. Alírási címpéldány/minta, meghatalmazás

Az Ajánlattevő, alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet részéről egyszerű másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek aláírási címpéldánya/mintája, akik az ajánlatot aláírják, az ajánlatban szereplő egy dokumentumot aláírnak, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást is csatolni kell. A meghatalmazáshoz a **12. számú melléklet** felhasználható.

12.11. Közös ajánlatot benyújtók megállapodása

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az Ajánlattevők megállapodását, melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogait és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és a képviselési meghatalmazásának körét. A megállapodáshoz a **13. számú melléklet** felhasználható.

12.12. Felelős fordítás

Az Ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról - szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az Ajánlattevő által készített vagy készített felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő a felelős. Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A felelős fordításról Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia szükséges

12.13. Üzleti titok körének meghatározása

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz *indokolást köteles csatolni*, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az *adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet*. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen az alábbiakat: (Kbt. 44. § (2) bek.)

- a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
- b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
- c) az Ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
 - ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
 - cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,
- d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az Ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
- e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az Ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az Ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a

Közbeszerzési dokumentáció

nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést közzétenni.

Amennyiben Ajánlattevő ajánlatának egyes részeit üzleti titoknak nyilvánítja, abban az esetben az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz *indokolást köteles csatolni*, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala **miért és milyen módon** okozna számára aránytalan sérelmet. Az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát a 10. számú mellékletnek megfelelő tartalommal kérjük benyújtani. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy nem elegendő az ajánlat egyes részeit üzleti titoknak nyilvánítani és arról nyilatkozni, az üzleti titokká nyilvánítás indokolását is csatolni kell az ajánlathoz. (10. számú melléklet).

D Az Ajánlatok értékelése

1. Az értékelési szempont(ok)

Az értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok, az alábbiak szerint:

x Minőségi kritérium Név: 1. Műszaki többlettartalom Súlyszám: 10

x Ár Súlyszám: 60

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1, felső határa: 10 pont, a matematika szabályai szerint 2 tizedesjegyre kerekítve.

Az ilyen módon meghatározott pontszámok kerülnek megszorzásra az adott részszerponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyszámmal felszorzott pontszámok ezt követően ajánlattevőnként összesítésre kerülnek és az így meghatározott, legmagasabb pontszám összeggel rendelkező ajánlat minősül legjobb ár-érték arányúnak.

Ha több ajánlatnak azonos az alábbiak szerint kiszámított pontszám összege, akkor Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el, ami alapján az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely az ajánlati ár részszerpont vonatkozásában a legmagasabb pontszámot kapta, azonos ellenszolgáltatás esetén pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszerpontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.

2. Az értékelés módszerei részszerpontonként valamennyi rész tekintetében

Ajánlati ár:

A felolvasólapon meg kell adni a megajánlott eszköz forgalmi adó nélküli teljes mennyiségre megajánlott nettó ajánlati árát HUF-ban

A forintban megadott ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi adót (az általános forgalmi adó kivételével), illetéket, vámot és a forgalomba-hozatallal kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.

Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb megajánlás a legkedvezőbb, az ajánlatok értékelés az alábbi képlettel történik:

Értékelés módja: relatív értékelési módszer, Fordított arányosítás, azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

$P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1, felső határa: 10 pont, a matematika szabályai szerint 2 tizedesjegyre kerekítve.

Minőségi szempont

Műszaki többlettartalom:

Ajánlattevők szakmai ajánlatában, a Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterekre adott ajánlatok alapján, az ott meghatározottak szerint kapott pontszámok részenként összeadásra kerülnek.

Az így kapott összpontszámok, amelyek közül a legmagasabb érték a legkedvezőbb Ajánlatkérő számára egyenes arányosítással kerülnek értékelésre az alábbiak szerint:

Értékelés módja: relatív értékelési módszer, Egyenes arányosítás azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat

$$P = (A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1, felső határa: 10 pont, a matematika szabályai szerint 2 tizedesjegyre kerekítve.

1. rész	Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek	Pontszám
1.	Négy rekeszes galvánkád	
	A kezelőáramok szabályozását biztonságos elektronikai áramkörök végezzék. A készülék bekapcsoláskor öntesztet végez, az adatokat rögzítse. Ha eltérést tapasztal, azonnali hibajelzést adjon. A feszültséghez tartozó megfelelő áramerősséget garantálja Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
3.	Alsóvégtagi moztató robot (térd és csípőizület moztató)	
	Állítható sebesség 25-180fok / perc Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
	Beállítási lehetőség: flexió, extenzió, sebesség, mozgásciklusok közötti szünet Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
4.	Felső végtagi moztatórobot (1 db könyökizület moztató, 1 db vállizület moztató)	

Közbeszerzési dokumentáció

	Mozgástartomány növeléséhez speciális terápiás programok Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
	Vállrögzítés lehetősége Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
5.	Ultrahang terápiás készülék	
	Akusztikus és vizuális kontaktus kontroll led Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
6.	Elektroterápiás, ultrahang- és kombinált terápiás készülék	
	Akusztikus és vizuális kontaktus kontrol led Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	“A” csatorna beállításai átmásolhatók a ”B” csatornára Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	Vákuum Csatlakoztatható a készülékhez Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	Lehetőség a pácienskábel és az elektródák tesztelésére Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
9.	Vizsgálószék dönthető	
	Terhelhetőség 150 kg Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
11.	Elektroterápiás, ultrahang-, kombinált és lézer terápiás készülék	
	“A” csatorna beállításai átmásolhatók a ”B” csatornára Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	

Közbeszerzési Dokumentáció

	Vákuum, Csatlakoztatható a készülékhez Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	Lehetőség a pacienskábel és az elektródák tesztelésére Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	1. rész összpontszám:	

2. rész	Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek	Pontszám
13.	Felnőtt próbakeret	
	Keret szöge állítható Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
	Választható szín Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
14.	Dioptriámérő automata	
	Színes érintő képernyő Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
	50 vagy több egyedi mérési adat tárolása Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
	Automatikus kontakt lencse mód Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
15.	Autorefraktokeratométer	

Közbeszerzési dokumentáció

	Színes érintő képernyő Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
	Szervó motoros álltámasz emelés Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
	Pupilla távolságmérő Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
	kornea asztigmia és tengely 0,00 – 15,00D (0,05 / 0,12 / 0,25D) tengely 0-180° Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
16.	EKG 6/ 12 csatornás	
	Hálózatról történő működtetés, lemerült akkumulátor esetén is Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
	A4 formátumú nyomtatás lehetősége, direkt lézerprinteren keresztül (számítógép használata nélkül) Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
	Lehetőség 3/6/12 csatorna + 3 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
19.	Érdoppler	
	Számítógéphez csatlakoztatható Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
21.	Mikroszkóp	
	A trinokuláris tubus szemmagassága 2 fokozatban vagy folyamatosan emelhető legyen legalább 50 mm-ig, ezáltal ergonomikus felhasználóbarát felhasználás lehetséges Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	

Közbeszerzési dokumentáció

	Objektívek 60 mm-es parfokalitással (több lencse van beépítve, ezért segít az abberáció korrigálásában) Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	Rendelkezzen a tárgyasztal refókuszáló mechanizmussal a hatékony folyamatos munkavégzéshez, mivel nincs szükség a minta cserélése után az újrafókuszálásra Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
22.	CTG	
	Beépített újra tölthető elem (mellyel 4 órás folyamatos működés garantált) Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	Beépített hálózati csatlakozási interfész kábeles és kábel nélküli központi monitorozási megoldás Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
23.	Ultrahang készülék nőgyógyászati	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
24.	Ultrahang készülék urológiai felhasználásra	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	A biopsziás csatorna prosztata irányába mutat. Nem párhuzamos a vizsgálófej tengelyével, azzal szöveget zár be. Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
25.	Mammográfiai ultrahang készülék	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	

Közbeszerzési dokumentáció

	2. rész összpontszám:	

3. rész	Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek	Pontszám
30.	Műszermosogató automata	
	Szárítóventillátor teljesítménye. 250 m ³ /h Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
	Vízkeringető szivattyú teljesítménye 600 l/perc Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
31.	Fedőautomata	
	Cytológiai és hisztológia minták egyidejű kezelése automatikus felismerése, felhasználói beavatkozás nélkül Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	Fedési kapacitása: óránként legalább 500 db tárgylemez Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	Az 500 db fedőlemez egyszerre, egy mozdulattal történő betöltése megoldható legyen (gyorsabb munkavégzés, ill. a fedőlemezek szennyezése elkerülendő) Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	Érintőképernyős kezelőfelület, egyszerűbb és átláthatóbb üzemeltetés miatt Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
32.	Festőautomata elszívóberendezéssel	

Közbeszerzési dokumentáció

	Metszetszáritó funkció, legalább 5 független fűtési hellyel, ezáltal nincs szükség külön termosztátra a festés előkészítéséhez, mivel egyszerre akár 100 db tárgylemez deparafinálása is lehetséges Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	Kis helyigényű maximum 800 x 750 mm (kis helyen nagy festési kapacitás, így a legzsúfoltabb laborokban is könnyen elhelyezhető) Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	Legfeljebb 350 ml-es festő edények, a költséghatékony működtetés érdekében Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont	
	Színes érintőképernyős kezelőfelület, Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	magyar nyelvű szoftver, Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	jelszó védelem Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	beépített akkumulátorral (áramszünet áthidalás 30 perc) Megléte esetén 5 pont, egyéb esetben 1 pont.	
	3. rész összpontszám:	

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet:
FELOLVASÓLAP
2. sz. melléklet: -
3. sz. melléklet:
NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL
4. sz. melléklet:
NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL (KB. 67. § (4) BEKEZDÉS)
5. sz. melléklet:
NYILATKOZAT A CÉGKIVONAT LETÖLTHETŐSÉGÉRŐL ÉS ARRÓL, HOGY EL NEM BÍRÁLT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSRA KERÜLT-E
6. sz. melléklet:
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) ÉS (4) BEKEZDÉSE SZERINT
7. sz. melléklet:
NYILATKOZAT KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET (VAGY SZEMÉLY) RÉSZÉRŐL A KBT.
8. sz. melléklet:-

AJÁNLATTÉTELHEZ FELHASZNÁLHATÓ EGYÉB NYILATKOZATMINTÁK

9. sz. melléklet:
NYILATKOZAT FORDÍTÁSRÓL (ADOTT ESETBEN)
10. sz. melléklet:
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL (ADOTT ESETBEN)
11. sz. melléklet:-
12. sz. melléklet:
MEGHATALMAZÁS MINTA
13. sz. melléklet:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MINTA
14. sz. melléklet:
ELŐSZERZŐDÉS MINTA

AZ ELJÁRÁS KÉSŐBBI SZAKASZÁBAN, AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN FELHÍVÁSÁRA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE

15. sz. melléklet
REFERENCIA NYILATKOZAT / IGAZOLÁS
16. sz. melléklet
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT
17. sz. melléklet
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI NYILATKOZAT
18. sz. melléklet
Részletes ártáblázat

KÜLÖN MELLÉKLETBEN ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOK

- A. melléklet
MŰSZAKI LEÍRÁS (KÜLÖN MELLÉKLET)
- B. melléklet
EJKD (KÜLÖN MELLÉKLET)
- C. melléklet
SZERZŐDÉS-TERVEZET (KÜLÖN MELLÉKLET)

Az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés

FELOLVASÓLAP

I. Ajánlattevő adatai:

- a. Neve:
- b. Székhelye:
- c. Cégjegyzékszám:
- d. Adószáma:
- e. Cégjegyzésre jogosult személy neve:
- f. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet
 - i. Neve, titulusa:
 - ii. telefonszáma:
 - iii. fax:
 - iv. e-mail:

II. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve:

Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet

- i. Neve, titulusa:
- ii. telefonszáma:
- iii. fax:
- iv. e-mail:

- a. Neve:
- b. Székhelye:
- c. Cégjegyzékszám:
- d. Adószáma:
- e. Cégjegyzésre jogosult személy neve:

- f. Neve:
- g. Székhelye:
- h. Cégjegyzékszám:
- i. Adószáma:
- j. Cégjegyzésre jogosult személy neve:

III. Értékelési szempontok szerinti adatok:

nettó ajánlati ár 1 . rész:
nettó ajánlati ár 2 . rész:
nettó ajánlati ár 3 . rész:

....., 2017. év..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

Nyilatkozat az alvállalkozókról

Nyilatkozat az alvállalkozókról (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)és b) pont)

Alulírott, mint a(z) képviselőjére jogosult személy az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk a szerződés teljesítése során alvállalkozót

igénybe kíván / nem kíván igénybe¹

venni.

Alulírott, mint a(z) képviselőjére jogosult személy az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk a közbeszerzés következő részeinek teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni.

A közbeszerzés részei	Alvállalkozók neve és székhelye (amennyiben az ajánlat benyújtásakor már ismert)

N
yil

atkozom, hogy az előzőekben megjelölt alvállalkozók nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

.....,2017. év..... hó nap

¹ megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)

NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint

Alulírott, mint a(z) képviselőjére jogosult személy az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú eljárásban nem veszek igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

.....,2017. év..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

Nyilatkozat

a cégkivonat letölthetőségéről és arról, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e

Alulírott, mint a(z) képviselőjére jogosult személy az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:

I. nyilatkozatrész

- a) cégkivonatunk (vagy cégmásolatunk) letölthető a www.e-cegjegyzek.hu honlapról.²
- b) cégkivonatunk (vagy cégmásolatunk) nem tölthető le a www.e-cegjegyzek.hu honlapról, és ezért jelen ajánlatban mellékelten csatoljuk a hatályos és érvényes cégkivonatot (vagy cégmásolatot), vagy azzal egyenértékű dokumentumot.³

II. nyilatkozatrész

- a) nem nyújtottunk be el nem bíralt változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.⁴
- b) benyújtottunk el nem bíralt változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz, és ezért jelen ajánlatban mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.⁵

.....,2017. év..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

² megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)

³ megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)

⁴ megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)

⁵ megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerint

Alulírott, mint a(z) képviselőjére jogosult személy az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy

- az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban, módosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás ellenében.
- cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint:
 - mikrovállalkozás
 - kisvállalkozás
 - középvállalkozás
 - nem tartozik a törvény hatálya alá.⁶

.....,2017. év..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

⁶ megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)

NYILATKOZAT
kapacitást biztosító szervezetről
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint

Alulírott, mint a(z) képviselétére jogosult személy az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk az alkalmassági feltételek igazolására kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet

igénybe kíván / nem kíván igénybe⁷

venni.

Alulírott, mint a(z) képviselétére jogosult személy az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk az alkalmassági feltételek igazolására a következő kapacitás szervezeteket veszi igénybe.

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye	Azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet kapacitására (is) támaszkodik (a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével)

Nyilatkozom továbbá, hogy az előzőekben megjelölt kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) nem tartozik(nak) az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

....., 2017. év..... hó nap

.....
 cégszerű aláírás

Az ajánlati felhívás ... szerinti alkalmasság igazolása esetén jelen nyilatkozat mellékleteként csatoljuk továbbá azon szerződéses/előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy az Ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának igazolásaként általam biztosított erőforrások Ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

....., 2017. év..... hó nap

.....
 cégszerű aláírás

⁷ megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)

Adott esetben kitöltendő nyilatkozatok, felhasználható nyilatkozatminták

Nyilatkozat felelős fordításról⁸

Alulírott, mint a(z) képviselőjére jogosult személy az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csonnai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának⁹ tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.

.....,2017. év..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

8 Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatban, és annak fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be.

⁹ A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért is az ajánlattevő a felelős.

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL¹⁰

Alulírott, mint a(z) képviselőjére jogosult személy az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat üzleti titkot tartalmaz.

Az ajánlat alábbiakban megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltom:

–

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban elkülönített módon csatoljuk. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentumok üzleti titokká történő minősítésének indokai az alábbiak¹¹:

.....
.....
.....

Kelt:, 2017. hó nap

.....
cégszerű aláírás

¹⁰ Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlat üzleti titkot tartalmaz

¹¹ A Kbt. 44.§ alapján az üzleti titokká nyilvánítást ajánlattevőnek indokolnia szükséges.

MEGHATALMAZÁS (minta)

Alulírott, mint a(z) (székhely:)
Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezzel meghatalmazom (szig.sz.: ...; szül.: ...; an.: ...; lakcím: ...), hogy a Csornai Margit Kórház által az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban eljárva az ajánlatunkat/az ajánlattételhez kapcsolódó alábbi iratokat, nyilatkozatokat: aláírásával lássa el.

Keltezés

.....
....., Meghatalmazó

.....
....., Meghatalmazott

Tanúk:

.....
Név:
Cím:
Szem ig, sz.

.....
Név:
Cím:
Szem. ig.sz.

Együtműködési megállapodás (minta)¹²

„az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés **TÁRGYÚ ELJÁRÁSBAN**

..... (név, székhely) ajánlattevő és
 (név, székhely) ajánlattevő
 (továbbiakban: Felek) között,

A Csornai Margit Kórház által az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük:

1. Képviselet:

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, az ajánlat aláírására) (cégnév) részéről (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes joggal jogosult¹³.

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők képviseletében a kapcsolattartásra a(cégnév)(név) teljes joggal jogosult.

2. A szerződés teljesítésének irányítása:

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:
 (cégnév) részéről:
 (cégnév) részéről:

3. Felelősség vállalás

Felek kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.

4. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:

FELADAT	CÉG

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együtműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt:

.....
 cégszerű aláírás

.....
 cégszerű aláírás

¹²Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!

¹³ Kérjük, ez után a megállapodás után csatolják a képviseletre jogosult személy részére adott meghatalmazást.

Előszereződés

amely létrejött egyrészről:

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviselő:
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Ajánlattevő**)

másrészről:

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviselő:

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Kapacitást nyújtó szerv/személy**)

- Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Szerződő felek - között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1. Az előszereződés tárgya

Megrendelő, mint ajánlattevő a Csonnai Margit Kórház, mint Ajánlatkérő által az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csonnai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megvalósításában Vállalkozótfeladatok ellátására kívánja bevonni

Megrendelő jelen előszereződés alapján megbízást ad a Vállalkozónak az alábbi feladatok elvégzésére/kapacitások biztosításra, amennyiben a Csonnai Margit Kórház, mint Ajánlatkérő „az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csonnai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint nyertes ajánlattevőt kihirdetik.

Elvégzendő feladatok:
Biztosított kapacitások:

2. Hatály, rendelkezésre állás

Jelen előszereződés alapján a Szerződő felek között szerződéskötési kötelezettség jön létre, mely az előszereződés aláírásának napjától áll fenn. Az előszereződés alapján létrejövő szerződés feltétele, hogy Megrendelőt a Csonnai Margit Kórház, mint Ajánlatkérő az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csonnai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint nyertes ajánlattevőt kihirdessék. Amennyiben Megrendelő a fenn hivatkozott közbeszerzési eljárásban nem nyer, úgy a szerződő felek között a szerződéskötési kötelezettség megszűnik.

Vállalkozó jelen előszereződés aláírásával kijelenti, hogy a Megrendelő (ajánlattevő) nyertessége esetén részt vesz a fent említett közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés teljesítésében.

3. Nyilatkozattétel, kapcsolattartás

A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név:
Értesítési cím:
FAX/Telefon:
Email:

Közbeszerzési dokumentáció

A Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név:

Értesítési cím:

FAX/Telefon:

Email:

4. Vegyes rendelkezések

A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Felek a jelen előszerződést elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés kettő (2) darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből egy-egy példány illeti a Szerződő feleket.

.....,

Képviseli:
Ajánlattevő

Képviseli:
Kapacitást nyújtó szerv/személy

REFERENCIANYILATKOZAT

az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés
TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe	A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hónap/nap)	A szállítás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés)	Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e	A referenciát adó személy neve, telefonszáma

Kelt:, 2017. hó nap

.....
cégszerű aláírás

VAGY

REFERENCIA IGAZOLÁS
(Referenciát adó által töltendő ki!)
az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés
TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése és címe:.....
2. A referencia igazolást kiállító személy
 - a. neve:
 - b. telefonszáma
3. A szállítást teljesítő cég megnevezése:
4. A szállítás adatai:
 - a. A szállítás tárgya
 - b. A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hónap/nap):
.....
 - c. A teljesítés helye:
 - d. A szállítás mennyisége(olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés):
.....

5. Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:

Kelt:, 2017. hó nap.

.....
Név
(a referenciát kiállító részéről)

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT

Alulírott, mint a(z)
képviselőjére jogosult személy az EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam jegyzett társaság nem áll a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt.¹⁴

Kelt:, 2017. hó nap

.....
cégszerű aláírás

¹⁴ A nyilatkozat közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített példányát kell benyújtani.

NYILATKOZAT

a Kbt. 62. § (1) bekezdés *kb)* alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában
a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján

Alulírott(név) a társaság (ajánlattevő neve) képviselőjében¹⁴

EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt
keretében eszközbeszerzés
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiakról nyilatkozom.

I.

- 1) *A Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
vagy
2) *A Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzendó vagy a nem releváns rész törölendő.

II.

Amennyiben a 2) pont került megjelölésre, tehát az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor kérjük, hogy az alábbi 3) vagy 4) pontot szíveskedjenek aláhúzni (illetve kitölteni), attól függően, hogy azok közül melyik releváns.

- 3) Nyilatkozom, hogy a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § *r)* pont *ra)–rb)* vagy *rc)–rd)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.
vagy
4) *Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § *r)* pont *ra)–rb)* vagy *rc)–rd)* alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

Tovább nyilatkozom, hogy:

5.) A Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kc)* alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

VAGY

6.) A Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kc)* alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet (ek) megnevezése a következő:

cégnév:

székhely:

Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kc)* alpontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn.vagy

* A 3)4) 5) és 6) pont közül a megfelelő válasz aláhúzendó (illetve kitöltendő) vagy a nem releváns rész törölendő.

¹⁴A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviselőjében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). **Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozni kell.**

Közbeszerzési dokumentáció

Kelt:2017. hó.....nap

cégszerű aláírás

.....

Részletes Ártáblázat

EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban

sorszám	Megnevezés	menyiségi egység	menyiség	nettó egységár	nettó érték érték összesen
1.	Négy rekeszes galvánkád	db	1		
2.	Lágylézer készülék	db	1		
3.	Alsóvégtagi moztatórobot (térd és csípőizület mozgató)	db	1		
4.	Felsővégtagi mozgatórobot (1 db könyökizület mozgató , 1 db vállizület mozgató)	db	2		
5.	Ultrahang terápiás készülék	db	1		
6.	Elektroterápiás, ultrahang-és kombinált terápiás készülék	db	1		
7.	Függesztőrács mozgásterápiához	db	1		
8.	Fényterápiás készülék	db	1		
9.	Vizsgálószék dönthető	db	6		
10.	Infúziós állvány	db	6		
11.	Elektroterápiás, ultrahang-kombinált és lézerterápiás készülék	db	1		
12.	Bordásfal	db	2		
	Icsoport összesen:		24		
13.	Felnőtt próbakeret	db	1		
14.	Dioptriámérő automata	db	1		
15.	Autorefraktokeratométer	db	1		
16.	EKG 6/12 csatornás	db	3		
17.	Ólomkötény	db	2		
18.	Gonádvédő	db	1		
19.	Érdoppler	db	1		
20.	Dermatoscop	db	1		
21.	Mikroszkóp	db	1		
22.	CTG	db	1		
23.	Ultrahang készülék nőgyógyászati	db	1		

Közbeszerzési Dokumentáció

24.	Ultrahang készülék urológiai felhasználásra	db	1		
25.	Mammográfiai ultrahang készülék	db	1		
26.	Digitális videó kiegészítés EEG készülékhez	db	1		
	II.csoport összesen:		17		
27.	Paraván	db	1		
28.	Folyékony nitrogénes fagyasztáshoz tartály, átfejtő	db	1		
29.	Desztilláló készülék	db	1		
30.	Műszermosogató automata	db	1		
31.	Fedőautomata	db	1		
32.	Festőautomata elszívóberendezéssel	db	1		
	III.csoport összesen		6		
	Mindösszesen:				

Dátum

cégszerű aláírás