

## Kiegészítő Tájékoztató 1.

### **Csornai Margit Kórház**

- EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú -

### Közbeszerzési eljáráshoz

### Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Csatoltan megküldjük az Önök részére az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplők által feltett kérdéseket és az Ajánlatkérő által az arra adott válaszokat a Kbt. 56.§-ban foglaltak szerint.

### Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplők által feltett kérdések és az arra adott válaszok:

1. *Kérdés: Festőautomata: Elfogadja-e Ajánlatkérő olyan festőautomata megajánlását, melynek elrendezése nem kétszintes, hanem a festőedények egy, vagy több sorban (egy szinten) helyezkednek el?*

**Válasz:** 3. Rész: Festőautomata elszívóberendezéssel: A helyiség méret adottsága miatt Olyan festőautomata megajánlása nem megfelelő melynek elrendezése nem 2 szintes.

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

2. *Kérdés: Fedőautomata: Elfogadja-e Ajánlatkérő olyan fedőautomata megajánlását, melynek a fedőanyag tartálya kisebb, mint 250 ml, illetve fedési sebessége 180 lemez/óra?*

**Válasz:** 3. Rész: Fedőautomata: Az egy munkafolyamatban végzendő vizsgálatok száma miatt, olyan fedőautomata megajánlását nem megfelelő melynek a fedőanyag tartálya kisebb, mint 250 ml, illetve fedési sebessége 180 lemez/óra

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

3. *Kérdés: A 21-es sorszámú mikroszkóphoz (1 db citológiai, citopatológia (járóbeteg ellátás)) tartozó kérdés: Megajánlhatók-e az alábbi objektívek, mivel ilyen paraméterű objektívssal rendelkező mikroszkópot számos citológián használnak, és az eltérések nem befolyásolják hátrányosan a citológiai munkát:*

- 4x, N.A. 0.10, W.D. 26,2 mm

- 20x, N.A. 0.30, W.D. 3 mm

- 40x, N.A. 0.65, W.D. 0,35 mm

- 63x, N.A. 0.75, W.D. 0,31 mm”

**Válasz:** 2. Rész: Mikroszkóp: Nem megfelelőek. A mikroszkóp objektívek minőségének két alaptulajdonsága a N.A. (numerikus apertura) ami a felbontást határozza meg, a másik a W.D. (working distance) ami fedőlemez legközelebbi pontja és az objektív frontlencse távolságát határozza meg. Mindkét érték az objektíveken is fel van tüntetve. A megegyező N.A. mellett a nagyobb munkatávolság minden esetben a jobb minőségű objektíveket jellemez. A nagyobb munkatávolsággal mélyebben lehet képet alkotni egyúttal az objektív mozgatása nélkül nagyobb helye van a felhasználónak a mintacserére. Ez utóbbi egy rutinmikroszkópnál, ahol akár több száz minta kerül megvizsgálásra naponta, rendkívül fontos szempont az egyszerű, pontos sérülésmentes mintacseréhez. A nagyobb N.A. érték pedig nagyobb felbontást, jobb képalkotás biztosít.

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

Kelt: Csorna, 2017/11/27

  
Csornai Margit Kórház  
